

令和2年度 県単砂防管理事業に伴う気象観測機器更新業務に関する質問・回答

番号	質 問	回 答
1	雨量計（検定付き）4台のほか、ケーブルや伝送装置は更新対象に含まれるか。	更新対象は、雨量計（検定付き）4台のみになります。ケーブルや伝送装置は更新対象に含まれません。
2	検出方式は転倒ます式か。	転倒ます式です。
3	転倒ますは、「1転倒0.5mm」か。	4台とも、「1転倒1mm」です。
4	出力信号は、接点パルス信号で2接点出力でよいか。	出力信号は、接点パルス信号で1接点出力以上です。
5	転倒ますは、ヒータ付きか。	転倒ますは、ヒータ付きです。
6	外筒を含めての更新か。	外筒を含めての更新です。
7	外筒の指定色塗装や助炭等の付属は不要か。	不要です。
8	雨量計設置後の対向試験において、上位装置側の確認や試験時に発生する上位側のデータ消去は、県の担当が対応するのか。	注水試験の実施時期、方法等については、受注後の協議により決定します。なお、データ消去は予定しておりません。