

仕 様 書

場所 科学捜査研究所(長野市松代町西条3916 長野県警察機動センター内)

名称 鑑定用機器の修繕

- 内容
- 1 X線回析装置
規格:リガク製 SmartLab ID.NGND09-002
ターゲットドライバーの故障。ドライバー及び関連ケーブルの交換等が必要なもの。
 - ・交換部品
 - 1Q0360AA 新型ドライバー+変換ケーブル(D5510化) 1式
 - JH0866 ドライバー CN2 ⇔ SIGNAL ケーブル 1本
 - JH1699 ドライバー ⇔ CONN_MOTOR ケーブル 1本
 - ・交換作業費 1式
作業報告書作成、技術料、出張費等諸経費含む
 - 2 フーリエ変換赤外分光装置
規格:FT-IR サーマフィッシャーサイエンティフィック(株)
レーザー電源の故障。光源の交換作業、光軸調整作業等が必要なもの。
 - ・交換部品
 - IS50 LASER ASSEMBLY(PT Nicolet iS50 He-Neレーザー) 1式
 - ・交換作業費 1式
作業報告書作成、技術料、出張費等諸経費含む

業務上の注意

- (1) 作業にあたっては、事故等が起きないように十分に留意すること。なお、既設設備その他に損害を与えた時は、受注者が補償すること。
- (2) 仕様書に明記していない細部事項で、その性質上当然この契約に含まれるものは、担当者の指示に従い整備すること。
- (3) 仕様書及び作業上疑義がある場合は、担当職員と協議し、軽微なものについては担当者の指示に従うこと。
- (4) 作業完了後速やかに作業報告書を提出すること。
- (5) 作業完了後は、関係者立会の上所定の検査を受け、不備と認められた事項は速やかに手直しを行うこと。なお、検査に必要とする経費は全て受注者の負担とする。
- (6) 本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において契約の一部を第三者に再委託する場合は、再委託承認申請書を提出し、発注者の承認を得ること。

特記事項 必要があると認められるときは、双方協議の上、仕様の履行内容、請負代金、履行期限その他この契約内容を変更するものとする。