

## コンパクトクリーンベンチ仕様書

設置場所	長野市真島町川合1060-1 長野県千曲川流域下水道上流処理区終末処理場（アクアパル千曲） 管理本館水質試験室内
品名又は名称	コンパクトクリーンベンチ
数量	1台
主な仕様	新品で以下の仕様を満たすこと。
殺菌灯	15W×1本
外寸	幅900mm×奥行690mm×高さ1620mm（各最大寸法）
扉全開時高さ	2100mm以内
作業面有効寸法	850×580mm以上
作業環境面	クラス100
捕集効率	99.97%以上(0.3 $\mu$ m粒子)
フィルター構成	抗菌・防臭HEPAフィルター
HEPAユニット風量	5m <sup>3</sup> /min
HEPA吹出風速	0.4m/sec
照明	15W蛍光灯×1
電源	AC100V
電源コード長	1.5m以上
キャスター	φ65mm(ストッパー・アジャスター付き)
重量	70kg以下
その他	機器の納入、据付、組立に関わる経費は本調達に含むこと 既存品（井内PH-100S）を無償で引き取ること 但し日程については別途協議すること
参考機種	アズワン2-4684-82 BH900UVAX